


การส่งคำร้องขอรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal audit) ฉบับปรับปรุง วันที่ 11 พค. 2560

1. ห้องปฏิบัติการ กรอกข้อมูลประเมินตนเอง จนถึงข้อกำหนดข้อสุดท้าย → กรอกข้อมูลสรุปข้อดีของ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ / สรุปข้อควรปรับปรุง → กดปุ่มบันทึกข้อมูล → ตรวจสอบผลคะแนน ต้องได้
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80 และ ข้อ The Must ต้องเป็นแถบสีเขียว
2. ห้องปฏิบัติการ ทาบทามทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal audit) คลิกปุ่ม “แบบคำร้องขอInternal
audit” ที่อยู่ด้านบนแถบสีน้ำตาลของเว็บเพจ



ที่	ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ	น้ำหนัก	คะแนน			ผลรวม	(ระบุ) หลักฐานหรือเอกสาร
			มีครบ (2)	มีบางส่วน (1)	ไม่มี (0)		
:: หัวข้อที่ 9 การประกันคุณภาพการวิเคราะห์							
9.1 การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control, IQC)							

3. ห้องปฏิบัติการ กรอกข้อมูลหัวหน้าผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ให้ครบถ้วน → กดปุ่มบันทึกคำขอ



เลขทะเบียนหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน * 44444 ค้นหาเลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน [คลิกที่นี่](#)

ชื่อ-สกุล _____

ตำแหน่ง _____

ชื่อ รพ. _____


มีกล้อง * _____

email _____

* หมายถึง ข้อมูลจำเป็นและสำคัญ

[กลับ](#) [บันทึกคำขอ](#)

4. ตรวจสอบว่าได้มีการบันทึกแบบคำขอ Internal audit แล้ว โดยตรวจสอบที่แถบด้านบนของเว็บ



แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน

สสส [44444] ค้นหาเลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน [คลิกที่นี่](#)

ผลการประเมิน The Must ผ่าน [/]

[บันทึกแบบคำร้องขอ Internal audit แล้ว](#)

ข้อมูลสถานบริการ # ข้อมูลห้องปฏิบัติการ

หรือตรวจสอบที่เมนู ฝั่งซ้ายมือ ที่หน้าเว็บ Checklist 75 ข้อ เรื่อง “คำร้องขอ Internal audit”

และ ออกจากระบบ

5. ห้องปฏิบัติการ ประสานหัวหน้าผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในดังกล่าว ให้ Login ที่หน้าเว็บ Checklist 75 ข้อ

คลิกที่ “คำร้องขอ Internal audit” → คลิก เลขทะเบียน → กดปุ่ม Login ผู้ตรวจประเมิน

Internal auditor
กดปุ่ม

กรอก
ข้อมูล

6. ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน คลิกที่รหัสหน่วยงาน 5 หลัก → บันทึกชื่อผู้ทำ Internal audit → บันทึกผล

Internal audit

คลิกที่รหัสหน่วยงาน 5 หลัก




:: เว็บบ์ Checklist 75 ข้อ ::

แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist)

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน MOPH Standard เพื่อห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
นางจรี กลิ่นเกษร [วพ.๐๐๓๒/๒๕๕๗]

ผลคะแนน The Must ผ่าน [/]	
บันทึกแบบคำร้องขอ Internal audit แล้ว	
โปรด	บันทึกชื่อผู้ทำ Internal Audit แล้วจึงตรวจสอบข้อมูลและแก้ไข Checklist ตามการประเมินจริง
# ข้อมูลสถานบริการ	# ข้อมูลห้องปฏิบัติการ



ชื่อโรงพยาบาล ทดสอบ (99999) ที่อยู่ จังหวัด เชียงใหม่ / เขตบริการที่ 1	
ผลคะแนนรวม = 85.62 %	
หมายเหตุ 1. เมื่อบันทึกรายงานผล Internal Audit แล้ว ทดสอบ จะไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ 2. ระบบประมวลผลข้อมูลและบันทึกค่า IN ที่รายการนี้แล้ว โปรดบันทึกข้อมูลให้เสร็จสิ้น	
ผลคะแนน The Must ผ่าน [/]	
# รายงานผล Internal Audit	
1.) นายทองดี ใจดี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ วพ.๐๐๓๒/๒๕๕๗ รพ.สต.ใส 0871111111 มือถือ aasmile@hotmail.com	หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน หน่วยงาน/โรงพยาบาล e-Mail
2.)	ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน หน่วยงาน/โรงพยาบาล
3.)	ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน หน่วยงาน/โรงพยาบาล
4.)	ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน หน่วยงาน/โรงพยาบาล

บันทึกชื่อทีมผู้ตรวจ
ประเมิน Internal audit

7. ผู้ตรวจประเมิน Internal audit บันทึกผลประเมินคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการ โดย คลิกปุ่มแก้ไขฟอร์ม →
บันทึกผลคะแนนที่ได้จาก Internal audit → คลิกปุ่ม บันทึกและดำเนินการต่อ ตรวจสอบผลคะแนนและข้อมูล
จนถึงหน้าสุดท้าย → บันทึกสรุปข้อดีของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และขอปรับปรุง → ออกจากระบบ


18	มีการบันทึกสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพการทดสอบ เช่น ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ของห้องปฏิบัติการ	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
:: หัวข้อที่ 3 เอกสารคุณภาพ และการควบคุม						
19	มีการควบคุมและบันทึกอุณหภูมิของตู้เย็นเก็บตัวอย่าง เลือดผู้บริจาคโลหิต นํ้ายา สารควบคุมคุณภาพ และตู้แช่เพาะเชื้อ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
20	มีระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับเครื่องมือที่มีความสำคัญ และตู้เย็นเก็บเลือดผู้บริจาค ซึ่งสามารถสำรองไฟได้เพียงพอตลอดการทำงาน	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
รวมน้ำหนัก =		19	รวมผลคะแนน =		32	

ปรับปรุงเมื่อ 10-03-2560

กลับ ส่งพิมพ์ แก้ไขฟอร์ม ไป --> หน้าต่อไป



:: หัวข้อที่ 3 เอกสารคุณภาพ และการควบคุม					
19	มีการควบคุมและบันทึกอุณหภูมิของตู้เย็นเก็บตัวอย่าง เลือดผู้บริจาคโลหิต นำยา สารควบคุมคุณภาพ และตู้แช่แข็ง	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	มีระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับเครื่องมือที่มีความสำคัญ และตู้เย็นเก็บเลือดผู้บริจาค ซึ่งสามารถสำรองไฟได้เพียงพอตลอดการทำงาน	1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



ข้อที่ 75/75 รวมน้ำหนัก = 100		รวมผลคะแนน = 51	
คะแนนเต็มทั้งหมด (73 x 2)		146	126
สรุปผลการตรวจคัดกรองและประเมินผล คือเป็นร้อยละ		86.30 %	
คะแนน The Must ผ่าน [/]			

สรุปข้อบกพร่องของปฏิบัติการทางการแพทย์


ทดสอบ

สรุปข้อควรปรับปรุง

ทดสอบ

บันทึกผล 10-03-2560

# รายงานผล Internal audit	# รายงานผล External audit
1.) นายทองดี ใจดี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.๐๐๐๐/๒๕๕๕ เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน รพ.๐๐๐๐/๒๕๕๕ 0871111111 aasmile@hotmail.com	1.) เจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน หน่วยงาน/โรงพยาบาล มือถือ e-Mail
2.) นางสาวใจดี ใจดี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.๐๐๐๐/๒๕๕๕ เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน หน่วยงาน/โรงพยาบาล	2.) ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน หน่วยงาน/โรงพยาบาล
3.) ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน หน่วยงาน/โรงพยาบาล	3.) ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน หน่วยงาน/โรงพยาบาล
4.) ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ	4.) ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ



คลิก
ออกจากระบบ

แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) 75 ข้อ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สำหรับ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
นายทองดี ใจดี

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว > รายงาน > **ออกจากระบบ**

พบบันทึกการทำ Internal Audit แล้วเมื่อวันที่ 7-03-2560

ผลคะแนน The Must ผ่าน [/]

ส่วนที่ : 3 ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ

ข้อที่	ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ	น้ำหนัก	คะแนน			ผลรวม	(ระบุ) หลักฐานหรือเอกสาร
			มีครบ (2)	มีบางส่วน (1)	ไม่มี (0)		
:: หัวข้อที่ 9 การประกันคุณภาพการวิเคราะห์							

8. หากห้องปฏิบัติการ ต้องการแก้ไข ชื่อ-สกุล, เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน และรายละเอียดของข้อมูลผู้ตรวจประเมินสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

LOGIN เข้าสู่โปรแกรม MOPH 75 ข้อ ----> คลิกที่ ลิงค์ " บันทึกแบบคำร้องขอ Internal audit แล้ว" --> คลิกปุ่ม "แก้ไขข้อมูลของผู้ตรวจประเมิน" --> ดำเนินการแก้ไข



แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน

แบบคำร้องขอ Internal audit

เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน *	วพ.๐๙๙๙/๒๕๕๗
ชื่อ-สกุล	นายแล็บ ธิคุณภาพ
ตำแหน่ง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ชื่อ รพ.	โรงพยาบาล
มือถือ *	089678XXXX
email	lab-zko@gmail.com
บันทึก/ปรับปรุง	11-05-2560 / 11-05-2560

ปิดหน้าต่าง

แก้ไขข้อมูลของผู้ตรวจประเมิน

คลิก